

单一来源采购专业人员论证意见

论证日期: 2026 年 7 月 17 日

主管预算单位					
采购单位	巴中市恩阳区人民医院				
项目名称	CT球管单一来源采购项目				
项目背景	巴中市恩阳区人民医院目前使用上海联影医疗科技股份有限公司生产的uCT528型CT机, 配置为40排40层CT, 球管型号为GS-30717, 曝光秒次为362789秒次, 该球管于2025年11月安装投入使用, 球管质保期为球管曝光20万/秒次或安装验收合格之日起12个月(以先到者为准)。由于该CT机球管已发生故障, 且已超过质保曝光秒次, 为保证该设备正常使用, 满足广大患者的就诊需求, 需购买球管一套。				
申请理由	由于球管是上海联影医疗科技股份有限公司原装生产且CT球管不是单独存在能使用的设备, 必须要与整机相匹配, 才能投入使用, 以确保安全、高效和更佳的图像质量。为了保证设备的匹配性及安全性, 且不降低其使用性能, 故需采购上海联影医疗科技股份有限公司原厂CT球管, 拟向生产厂家或其委托授权公司进行单一来源采购。				
专业人员论证意见	该CT机型uCT528型CT球管型号GS-30717为整机专属原厂精密部件, 设备软硬件系统经过原厂一体化匹配设计。替代产品无法实现与整机匹配, 极易影响成像质量, 存在设备损坏及医疗安全风险。为保障临床诊疗安全、维持设备原有性能, 只能采购上海联影原厂球管, 符合单一来源采购条件, 同意采用单一来源采购。				
姓名	熊平	工作单位	巴中市恩阳区第二人民医院	职称	工程师

专业人员 论证意见	为保证球管与整机的匹配性,国家计量检测院新 安全,球管由上海联影医疗科技股份有限公司生 产的球管。CT球管为国家食药局认证唯一适机 与整机接口注册证,使用非原装须备案注册。本次系 符合《中国政府采购法》第三十一条第一款和第三款 规定,建议采用单一来源采购。由上海联影医疗科技 股份有限公司提供CT球管。
----------------------	--

姓名	冯之	工作单位	西印中心医院	职称	工程师
----	----	------	--------	----	-----

专业人员 论证意见	为保证球管、高压发生器与CT整机匹配性。 保障设备正常运行,保证图像质量,设备安全 及使用安全,所需球管只能使用上海联影 医疗科技股份有限公司生产的球管(即原装球管)。 本次采购符合《中国政府采购法》第三十一 条第一款和第三款之规定。建议采用单一来源 采购方式向生产厂家采购球管。
----------------------	---

姓名	陈瑞东	工作单位	上海市中心医院	职称	高级讲师
----	-----	------	---------	----	------